



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

ดังต่อไปนี้

๑.เครื่องควบคุมสัญญาณชีพพร้อม O2 Zat(Patient monitor)					
จำนวน	๑๐	เครื่อง	วงเงิน	๑,๕๐๐,๐๐๐.-	บาท
๒.เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP)					
จำนวน	๖	เครื่อง	วงเงิน	๓๓๐,๐๐๐.-	บาท
๓.เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด					
จำนวน	๑๐	เครื่อง	วงเงิน	๒๕,๐๐๐.-	บาท
๔.รถเข็นข้างเตียงแบบชนิดมีเสาน้ำเกลือ					
จำนวน	๑๐	คัน	วงเงิน	๑๒๐,๐๐๐.-	บาท
๕.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอลมีล้อเลื่อน					
จำนวน	๑๐	เครื่อง	วงเงิน	๒๙๐,๐๐๐.-	บาท
๖.เปลตก					
จำนวน	๒	ชิ้น	วงเงิน	๕๐,๐๐๐.-	บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมสุภาพจิต ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนนำเข้าโดยตรง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.galya.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๔๔๑-๖๑๐๐ ต่อ ๕๘๑๒๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ ออยุธยา)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุภาพจิต

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

ตามประกาศ กรมสุขภาพจิต

ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๔

กรมสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
ดังต่อไปนี้

๑.เครื่องควบคุมสัญญาณชีพพร้อม O2 Zat(Patient morniter)			
จำนวน	๑๐	เครื่อง	วงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
๒.เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP)			
จำนวน	๖	เครื่อง	วงเงิน ๓๓๐,๐๐๐.-บาท
๓.เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด			
จำนวน	๑๐	เครื่อง	วงเงิน ๒๕,๐๐๐.-บาท
๔.รถเข็นข้างเตียงแบบชนิดมีเสาน้ำเกลือ			
จำนวน	๑๐	คัน	วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท
๕.เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอลมีล้อเลื่อน			
จำนวน	๑๐	เครื่อง	วงเงิน ๒๙๐,๐๐๐.-บาท
๖.เปลตัก			
จำนวน	๒	ชั้น	วงเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรม ฅ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนนำเข้าโดยตรง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใจนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๒๐) (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้ รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) ตารางเปรียบเทียบแบบรูป และ/หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การ แพทย์

(๔.๒) หนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

(๔.๓) หนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทน นำเข้าโดยตรง

(๔.๔) หนังสือแสดงรายละเอียดการเสนอราคาของแต่ละรายการ

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ๒๓ หมู่ ๘ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๓๐

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยระบุหัวข้อในแคตตาล็อกให้เห็นชัดเจน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงานเว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินใจการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ยื่นทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของ กรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลลธรรมตา หรือนิตินบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อกรมจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือกรมเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรมภายใน

๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรม จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.-บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ผู้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ผู้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว



รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมสัญญาณชีพพร้อม O2 Zat (Patient monitor)
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการขยายขอบเขตการระบาดมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคนี้ให้หน่วยงานและสถานพยาบาลทุกแห่ง โดยให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการตรวจประเมินอาการผู้ป่วย เพื่อให้สามารถคัดกรองอาการผิดปกติและดูแลช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และผู้ป่วยแรกเริ่ม ทั้งนี้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงมีความประสงค์ขอจัดซื้อเครื่องควบคุมสัญญาณชีพพร้อม O2 Zat (Patient monitor) จำนวน ๑๐ เครื่อง สำหรับใช้ในการตรวจประเมินค่าออกซิเจนในเลือดและวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๒. ความต้องการ

เครื่องตรวจและติดตามคลื่น ไฟฟ้าของหัวใจ ความดันโลหิตแบบภายนอก ชีพจรและ ความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้ตรวจติดตามการทำงานของหัวใจผู้ป่วยชนิดข้างเดียว โดยแสดงรูป คลื่นไฟฟ้า ของหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ ความอึด ตัวของออกซิเจนในเลือดและความดันโลหิต แบบภายนอกของผู้ป่วย

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ หน้าจอเป็นแบบสี TFT ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า ๑๐.๔ นิ้ว ความละเอียด ๘๐๐ X ๖๐๐ เป็นอย่างน้อย
- ๔.๒ ควบคุมการทำงานด้วยปุ่มกดและ Trim knob และระบบสัมผัส Touch Screen
- ๔.๓ มีระบบ Multiple Display ไม่น้อยกว่า Large Font, Trend View, OxyCRG และ Bed to Bed
- ๔.๔ แสดงรูปคลื่นได้สูงสุด ๑๑ Waveforms และสามารถรองรับระบบ Barcode Reader
- ๔.๕ มีระบบ Night Mode ปรับลดแสงในช่วงกลางคืนและระบบ Pitch Tone
- ๔.๖ มีระบบ Arrhythmia detection, Pace maker detection และ HR Measurement
- ๔.๗ มีระบบระบายความร้อนแบบไม่ใช้พัดลม (No-Fan Design) เพื่อลดเสียงรบกวนผู้ป่วย
- ๔.๘ มีระบบส่งข้อมูลด้วย LAN และสำรองข้อมูลผ่านระบบ USB และ Option Built-in Wi-Fi
- ๔.๙ มีระบบ Bi-Directional ติดต่อกับ Central Monitor โดยส่งงานได้สองทาง
- ๔.๑๐ ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐ -๒๔๐ โวลต์ ๕๐ หรือ ๖๐ เฮิร์ตซ์
- ๔.๑๑ ตัวเครื่องมีแบตเตอรี่ชนิดชาร์จไฟได้ใช้งานได้ติดต่อกันได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ นาที
- ๔.๑๒ ตัวเครื่องมีหูหิ้วออกแบบให้สามารถแขวนหรือเกาะข้างเตียงได้
- ๔.๑๓ ได้รับ มาตรฐาน IEC ๖๐๖๐๑-๑, ANSI/AAMI SP๑๐ และมาตรฐานป้องกันน้ำ IPX๑ เป็นอย่างน้อย

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑ ภาควัดคลื่นไฟฟ้าของหัวใจ (ECG)

- ๕.๑.๑ สามารถเลือกทำการวัดได้แบบ ๓ lead หรือ ๕ lead
- ๕.๑.๒ สามารถขยายรูปคลื่น (Gain Selection) ได้ไม่น้อยกว่า ๕ แบบ คือ X๐.๑๒๕, X๐.๒๕, X๐.๕, X1, X๒, X๔ และ auto
- ๕.๑.๓ สามารถปรับความเร็วการกวาดรูปคลื่น (Sweep Speed) ได้ไม่น้อยกว่า ๔ ระดับ คือ ๖.๒๕, ๑๒.๕, ๒๕ และ ๕๐ มิลลิเมตรต่อวินาที
- ๕.๑.๔ มีระบบป้องกันเครื่องจี้ไฟฟ้าเมื่อใช้ในห้องผ่าตัดโดยระยะเวลา Recovery time < ๑๐ วินาที
- ๕.๑.๕ สามารถปรับตัวกรองสัญญาณ (Bandwidth) ได้ ๓ แบบ คือ Monitor, Diagnosis และ Surgery โดยมีช่วงความถี่ดังนี้คือ MON : ๐.๕-๔๐ Hz DIA : ๐.๐๕-๑๕๐ Hz SUR : ๑-๒๐ Hz
- ๕.๑.๖ มี Common Mode Rejection Ratio (CMRR) อยู่ใน ช่วง MON: > ๑๐๕ dB DIA: > ๙๕ dB SUR: > ๑๐๕ dB
- ๕.๑.๗ สามารถทำการวิเคราะห์ห่อการเต้น ผิดปกติของหัวใจ (Arrhythmia Analysis) และสามารถ ตรวจหา Pace maker ได้

๕.๒ ภาควัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂)

- ๕.๒.๑ สามารถวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดได้ตั้งแต่ ๑ - ๑๐๐%
- ๕.๒.๒ สามารถวัดอัตราการชีพจรได้ตั้งแต่ ๒๕ - ๓๐๐ ครั้งต่อนาที
- ๕.๒.๓ ค่าความแม่นยำในการวัด +๓ ครั้งต่อนาที

๕.๓ ภาคแสดงความดันโลหิตแบบภายนอก (NIBP)

- ๕.๓.๑ ใช้หลักการวัด แบบ oscillometric
- ๕.๓.๒ สามารถวัดความดัน โลหิต ได้ทั้ง แบบควบคุมเอง (Manual), แบบอัตโนมัติ (Automatic) และ แบบต่อเนื่องได้ (Continuous)
- ๕.๓.๓ สามารถ ตั้งเวลาในการทำการวัดแบบต่อเนื่องอัตโนมัติได้ คือ ๑ / ๒ / ๓ / ๔ / ๕ / ๑๐ / ๑๕ / ๓๐ / ๖๐ / ๙๐ / ๑๒๐ / ๒๔๐ / ๔๘๐ นาที
- ๕.๓.๔ สามารถแสดงค่า SYS, DIA, MAP และ PR
- ๕.๓.๕ สามารถวัดความดันโลหิตได้ในช่วงหรือดีกว่า Systolic: ๔๐-๒๕๐ mmHg Diastolic: ๒๐-๒๐๐ mmHg Mean : ๓๐-๒๓๕mmHg ๕.๓.๖ มีแรงดัน Cuff สำหรับการวัด ในช่วง ๐ - ๓๐๐ mmHg

๕.๔ ภาควัดอัตราการหายใจ (RESP)

- ๕.๔.๑ วัดอัตราการหายใจแบบวิธี Trans-thoracic impedance
- ๕.๔.๒ วัดอัตราการหายใจได้ตั้งแต่ ๐ - ๑๒๐ ครั้งต่อนาทีในผู้ใหญ่และ ๐-๑๕๐ ครั้งในเด็กทารก
- ๕.๔.๓ สามารถขยายรูปคลื่น (Waveform amplitude) ได้ไม่น้อยกว่า ๗ แบบ คือ X๐.๒๕, X๐.๕, X1, X๒, X๓, X๔ และ X๕
- ๕.๔.๔ สามารถปรับตั้งค่า Apnea alarm delay ได้ ๗ ค่าเป็นอย่างน้อย คือ ๑๐ วินาที, ๑๕ วินาที, ๒๐ วินาที, ๒๕ วินาที, ๓๐ วินาที, ๓๕ วินาที และ ๔๐ วินาที.

๕.๕ ภาควัดอุณหภูมิร่างกาย (TEMP)

๕.๕.๑ ใช้วิธีการวัดแบบ Thermal resistance

๕.๕.๒ สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ตั้งแต่ช่วง ๖-๕๐°C

๕.๕.๓ สามารถวัดอุณหภูมิได้ ๒ ช่อง

๕.๕.๔ เซนเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิเป็นแบบ YSI-๑๐K หรือ YSI-๒.๒๕๒K

๕.๕.๕ มีความเที่ยงตรงใน การวัด ± 0.1 °C อุปกรณ์ประกอบ

๕. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๕.๑ Patient Cable with ECG Lead wire	๑	ชุด
๕.๒ Sp0๒ Cable with Standard Probe	๑	ชุด
๕.๓ Air Hose	๑	ชุด
๕.๔ Adult Cuff	๑	ชิ้น
๕.๕ สายไฟ ประจำเครื่อง	๑	เส้น

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๖.๒ เป็นเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบและมีใบรับรองแสดงผลการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) ใบรับรองการสอบส่งมอบพร้อมการจัดส่งเครื่อง

๖.๓ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยอย่างน้อย ๑ ชุด/เครื่อง

๖.๔ มีการรับประกันคุณภาพของเครื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่อง อย่างน้อยทุก ๖ เดือน ภายในระยะเวลาการประกัน ทั้งนี้กรณีเครื่องมีการชำรุดหรือขัดข้อง ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานปกติ และผู้ขายจะต้องมีเครื่องมาสำรองทดแทนการใช้งานได้ในระหว่างรอการซ่อม หากทำการแก้ไขถึง ๒ ครั้งแล้ว ยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๖.๕ ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกสอนวิธีการใช้งานเครื่องและเทคนิคต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องก่อนรับมอบเครื่องดังกล่าว

๖.๖ ผู้ขายมีหนังสือรับรองผลการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนนำเข้าโดยตรง

๗. ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๘. วงเงินในการจัดหา แผนการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วงเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๙. ราคาากลางในการจัดหา


- ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมสัญญาณชีพพร้อม O2 Zat (Patient monitor)
- ราคาเครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ


สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


๑๑. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวสำราญ บุญรักษา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขเกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวพรรณยุพา เจริญไพจิตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายละเอียด
(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ
(INFUSION PUMP)
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการขยายขอบเขตการระบาดมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคให้หน่วยงานและสถานพยาบาลทุกแห่ง โดยให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการตรวจประเมินอาการผู้ป่วย เพื่อให้สามารถคัดกรองอาการผิดปกติและดูแลช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และผู้ป่วยแรกรับ ทั้งนี้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงมีความประสงค์ขอจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP) จำนวน ๖ เครื่อง สำหรับใช้ในการควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำขนาดกะทัดรัด
- ๓.๒ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์ ๕๐/๖๐ เฮิร์ต
- ๓.๓ มีแบตเตอรี่สำรองภายในชนิดชาร์จประจุใหม่ได้ (Rechargeable Battery) สำรองภายในเครื่องและสามารถใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงได้
- ๓.๔ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นระบบควบคุมการให้สารละลายแบบ Peristaltic Finger
- ๔.๒ เครื่องสามารถใช้ได้กับชุดสายละลายมาตรฐานทั่วไปได้ และชุดให้สายละลายของ Top H-Series
- ๔.๓ สามารถจ่ายสารละลายได้ทั้งแบบ Volumetric และ Drop Control
- ๔.๔ สามารถเลือกอัตราการให้สารละลาย ได้ดังนี้
 - ชุดสารละลายรุ่น Top H-Series ปรับได้ตั้งแต่ ๑-๓๓๓ drops/min หรือ ๑-๙๙๙ ml/h Micro modeปรับได้ตั้งแต่ ๐.๑-๙๙.๙ ml/h

- ชุดสารละลายทั่วไปแบบ ๒๐ drops/min and ๖๐ drops/min โดยปรับได้ดังนี้
 - ๒๐ drops/ml ปรับได้ตั้งแต่ ๑-๑๐๐ drops/min หรือ ๑-๓๐๐ ml/h
 - ๖๐ drops/ml ปรับได้ตั้งแต่ ๑-๑๕๐ drops/min หรือ ๑-๑๕๐ ml/h
- ๔.๕ สามารถกำหนดปริมาณของสารละลายที่จะให้กับผู้ป่วยได้ตั้งแต่ ๑ ถึง ๙๙๙๙ มิลลิลิตร สามารถแสดงปริมาณของสารละลายที่จ่ายไปแล้วตั้งแต่ ๐ ถึง ๙๙๙๙ มิลลิลิตร
- ๔.๖ มีระบบสัญญาณเตือน(Alarm) ให้ทราบดังนี้ Air-in line, Empty Container, Occlusion, Low Battery, Door open, Drop Sensor, Infusion Complete (เมื่อกำหนดปริมาณของสารละลาย)
- ๔.๗ มีระบบการตรวจสอบการอุดตันภายในสาย
- ๔.๘ มีระบบล็อกปุ่ม(Key-Lock)
- ๔.๙ มีระบบ Keep Vein Open(KVO) เพื่อป้องกันการอุดตัน เมื่อปริมาตรของสารละลายจ่าย ครบตามที่ตั้งไว้โดยปรับตั้งได้ตั้งแต่ ๑-๑๐ml/h
- ๔.๑๐ มีระบบ Auto Power off เมื่อเครื่องทำงานด้วยแบตเตอรี่ และไม่มี การจ่ายสารละลายใน ๓ นาทีจะมีเสียงเตือนดังขึ้นประมาณ ๓ นาที จากนั้นเครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่
- ๔.๑๑ มีระบบ Alarm Repeat เตือนกรณีที่ใช้กดปุ่ม Silence ระงับเสียงสัญญาณเตือน แต่ยังไม่ได้แก้ไขสาเหตุการเตือนภายใน ๒ นาที เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงเตือนอีกครั้ง
- ๔.๑๒ มีระบบ Tubing Clamp เครื่องจะหยุดการจ่ายสารละลายเมื่อประตูเครื่องเปิด
- ๔.๑๓ แบตเตอรี่ภายในเครื่องสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นาน ๔ ชั่วโมงที่อัตราการจ่ายสารละลาย ๒๕ มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเมื่อแบตเตอรี่ถูกชาร์จประจุจนเต็ม
- ๔.๑๔ มีระบบมาตรฐาน Class II, Type CF, IPX๑(drip-proof)

๕. อุปกรณ์ประกอบ

๕.๑	เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ	จำนวน	๑	ชุด
๕.๒	ชุดของสารละลาย(drop sensor)	จำนวน	๑	ชุด
๕.๓	เสาน้ำเกลือ	จำนวน	๑	ต้น

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๖.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๖.๒ เป็นเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบและมีใบรับรองแสดงผลการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) ใบรับรองการสอบส่งมอบพร้อมการจัดส่งเครื่อง
- ๖.๒ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยอย่างน้อย ๑ ชุด/เครื่อง
- ๖.๓ มีการรับประกันคุณภาพของเครื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่อง อย่างน้อยทุก ๖ เดือน ภายในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้กรณีเครื่องมีการชำรุดหรือขัดข้อง ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๕ วันทำการ

- นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานปกติ และผู้ขาย
จะต้องมีเครื่องมาสำรองทดแทนการใช้งานได้ในระหว่างรอการซ่อม หากทำการ
แก้ไขถึง ๒ ครั้งแล้ว ยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายใน
๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๖.๔ ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกสอนวิธีการใช้งานเครื่องและเทคนิคต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้
สามารถใช้งานได้ถูกต้องก่อนรับมอบเครื่องดังกล่าว
- ๖.๖ ผู้ขายมีหนังสือรับรองแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนนำเข้า
โดยตรง

๗. ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๘. วงเงินในการจัดหา แผนการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วงเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๙. ราคาในการจัดหา

- ๓๓๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
- ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (INFUSION PUMP)
- ราคาเครื่องละ ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๑๐. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวสำราญ บุญรักษา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขเกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพรรณยุพา เจิ้งไพจิตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายละเอียด
(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ ออยุธยา)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มีการขยายขอบเขตการระบาดมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคให้หน่วยงานและสถานพยาบาลทุกแห่ง โดยให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการตรวจประเมินอาการผู้ป่วย เพื่อให้สามารถคัดกรองอาการผิดปกติและดูแลช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และผู้ป่วยแรกรับ ทั้งนี้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงมีความประสงค์ขอจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด จำนวน ๑๐ เครื่อง สำหรับใช้ในการตรวจประเมินค่าอุณหภูมิในร่างกายของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด โดยสามารถวัดได้ ๒ โหมด ทั้งบริเวณหน้าผากและที่หู

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ แสดงผลใน ๑ วินาที โดยประมาณ
- ๓.๒ อ่านค่าได้ทั้งหน่วย °C และ °F
- ๓.๓ สามารถเลือก วัดอุณหภูมิที่หน้าผาก หรือ วัดอุณหภูมิที่หู
- ๓.๔ แสดงผลบนหน้าจอ LCD สามารถเปิดไฟ black light เพื่ออ่านในที่มืดได้
- ๓.๕ มีสัญญาณเตือน หากอุณหภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ °C
- ๓.๖ สามารถเก็บข้อมูลการวัด และเรียกดูได้ ๒๐ ค่า
- ๓.๗ ใช้วัดที่หน้าผากได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ / วัดที่หูได้สำหรับเด็ก ๓ เดือนขึ้นไป
- ๓.๘ เครื่องดับอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งานภายใน ๑๐ วินาที
- ๓.๙ มีสัญลักษณ์บอกแบตเตอรี่อ่อน หากกำลังไฟต่ำกว่า ๒.๕๑ V ± ๐.๑๕ V
- ๓.๑๐ ใช้ถ่าน AAA ๒ ก้อน

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

- | | |
|--|---------------------|
| ๔.๑ ช่วงการวัด อุณหภูมิที่หน้าผาก ๓๒.๐-๔๒.๒ °C | ความถูกต้อง ±๐.๓ °C |
| ๔.๒ ช่วงการวัด อุณหภูมิที่หู ๐-๑๐๐ °C | ความถูกต้อง ±๐.๒ °C |
| ๔.๓ ความละเอียด ๐.๑°C | |

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๕.๒ เป็นเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบและมีใบรับรองแสดงผลการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) ใบรับรองการสอบส่งมอบพร้อมการจัดส่งเครื่อง
- ๕.๓ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยอย่างน้อย ๑ ชุด/เครื่อง

- ๕.๔ มีการรับประกันคุณภาพของเครื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่อง อย่างน้อยทุก ๖ เดือน ภายในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้กรณีเครื่องมีการชำรุดหรือขัดข้อง ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานปกติ และผู้ขายจะต้องมีเครื่องมาสำรองทดแทนการใช้งานได้ในระหว่างรอการซ่อม นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๕.๕ ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกสอนวิธีการใช้งานเครื่องและเทคนิคต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องก่อนรับมอบเครื่องดังกล่าว
- ๕.๖ ผู้ขายมีหนังสือรับรองแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนนำเข้าโดยตรง

๖. ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา แผนการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วงเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๘. ราคากลางในการจัดหา

- ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด
- ราคาเครื่องละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๙. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวสำราญ บุญรักษา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขเกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพรรณนุษา แจ่มใจจิตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายละเอียด
(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชชนกศรีนครินทร์

รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นข้างเตียงแบบชนิดมีเสาน้ำเกลือ
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการขยายขอบเขตการระบาดมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคให้หน่วยงานและสถานพยาบาลทุกแห่ง โดยให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการตรวจประเมินอาการผู้ป่วย เพื่อให้สามารถคัดกรองอาการผิดปกติและดูแลช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และผู้ป่วยแรกรับ ทั้งนี้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงมีความประสงค์ขอจัดซื้อรถเข็นข้างเตียงแบบชนิดมีเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๐ คัน สำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นอุปกรณ์เข็นอุปกรณ์ในการบริการให้สารน้ำผู้ป่วยที่เตียง

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘ x ๔๖ x ๗๕ เซนติเมตร
- ๓.๒ โครงสร้างทำด้วยสแตนเลสแผ่นหนา ๑ มิลลิเมตร
- ๓.๓ หน้าโต๊ะบนมีขอบสูง ๓ เซนติเมตร ๓ ด้าน
- ๓.๔ มีลิ้นชักอยู่ด้านบนอย่างน้อย ๑ ลิ้นชัก
- ๓.๕ ด้านล่างมีประตูเปิด - ปิด ๑ บาน ภายในมี ชั้น
- ๓.๖ ล้อกลมขนาด ๕ เซนติเมตร หมุนได้รอบ ๔ ล้อ
- ๓.๗ พร้อมเสาน้ำเกลือ แบบ ๒ ขอ

๔ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๔.๒ เป็นเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบและมีใบรับรองแสดงผลการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) ใบรับรองการสอบส่งมอบพร้อมการจัดส่งเครื่อง
- ๔.๓ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยอย่างน้อย ๑ ชุด/เครื่อง
- ๔.๔ มีการรับประกันคุณภาพของเครื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่องอย่างน้อยทุก ๖ เดือน ภายในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้กรณีเครื่องมีการชำรุดหรือขัดข้อง ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานปกติ และผู้ขายจะต้องมีเครื่องมาสำรองทดแทนการใช้งานได้ในระหว่างรอการซ่อม หากทำการแก้ไขถึง ๒ ครั้งแล้ว ยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๕ ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกสอนวิธีการใช้งานเครื่องและเทคนิคต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องก่อนรับมอบเครื่องดังกล่าว
- ๔.๖ ผู้ขายมีหนังสือรับรองแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนนำเข้าโดยตรง

๕ ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๖ วงเงินในการจัดหา แผนการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๗ ราคาากลางในการจัดหา

- ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นข้างเตียงแบบชนิดมีเสาน้ำเกลือ
- ราคาคั่นละ ๑๒,๐๐๐ บาท

๘ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวสำราญ บุญรักษา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขเกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพรรณยุพา เจิ้งไพจิตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายละเอียด
(นายศรุตพันธ์ จักรพันธ์ ณ ออยุธยา)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิทัลมีล้อเลื่อน
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการขยายขอบเขตการระบาดมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคให้หน่วยงานและสถานพยาบาลทุกแห่ง โดยให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการตรวจประเมินอาการผู้ป่วย เพื่อให้สามารถคัดกรองอาการผิดปกติและดูแลช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และผู้ป่วยแรกเริ่ม ทั้งนี้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงมีความประสงค์ขอจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิทัลมีล้อเลื่อน จำนวน ๑๐ เครื่อง สำหรับใช้ในการวัดค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อประเมินระดับความดันโลหิตของผู้และสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปวัดผู้ป่วยได้

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เครื่องวัดความดันแบบล้อเลื่อน
- ๓.๒ มีระบบดิจิทัลที่แสดงค่าความดันโลหิตและอัตราการเต้นของชีพจรพร้อมกัน
- ๓.๓ หน้าจอใหญ่ อ่านค่าได้ง่าย ทำงานได้หลายรูปแบบ เช่น การวัดแบบครั้งเดียว การวัดแบบหลายครั้ง และให้แสดงค่าเฉลี่ยได้
- ๓.๔ สามารถตั้งค่าความดันโลหิตค่าบนแบบอัตโนมัติหรือกำหนดค่าความดันโลหิตค่าบนที่แน่นอน
- ๓.๕ ตัวเครื่องออกแบบกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกใช้ไฟฟ้า ๒๒๐-๒๔๐V ๕๐/๖๐ Hz
- ๓.๖ ขนาด ตัวเครื่อง ๑๓๙x๒๐๓x๑๓๑ มม. (กxสxล) น้ำหนักประมาณ ๙๑๐ กรัม
- ๓.๗ แบตเตอรี่สำหรับชาร์จไฟ
- ๓.๘ ขาตั้งล้อเลื่อนสแตนเลสมีตระกร้าเก็บผ้าพันแขน

๔ เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๔.๒ เป็นเครื่องที่ผ่านการสอบเทียบและมีใบรับรองแสดงผลการสอบเทียบเครื่องมือ (Calibration) ใบรับรองการสอบส่งมอบพร้อมการจัดส่งเครื่อง
- ๔.๓ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยอย่างน้อย ๑ ชุด/เครื่อง
- ๔.๔ มีการรับประกันคุณภาพของเครื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพของเครื่องอย่างน้อยทุก ๖ เดือน ภายในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้กรณีเครื่องมีการชำรุดหรือขัดข้อง ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานปกติ และผู้ขายจะต้องมีเครื่องมาสำรองทดแทนการใช้งานได้ในระหว่างรอการซ่อม หากทำการแก้ไขถึง ๒ ครั้งแล้ว ยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

- ๔.๕ ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกสอนวิธีการใช้งานเครื่องและเทคนิคต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องก่อนรับมอบเครื่องดังกล่าว
- ๔.๖ ผู้ขายมีหนังสือรับรองแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนนำเข้าโดยตรง

๕ ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

๖ วงเงินในการจัดหา แผนการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วงเงินทั้งสิ้น ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว

๗ ราคาากลางในการจัดหา

- ๒๙๐,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
- ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดดิจิตอลมีล้อเลื่อน
- ราคาเครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท

๘ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวสำราญ บุญรักษา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขเกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพรรณยุพา เจ็งไพจิตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายละเอียด
(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ ออยุธยา)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพลตัก
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

๑. ความเป็นมา

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการขยายขอบเขตการระบาดมากยิ่งขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้กำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคให้หน่วยงานและสถานพยาบาลทุกแห่ง โดยให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการตรวจปร. เหมินอาการผู้ป่วย เพื่อให้สามารถคัดกรองอาการผิดปกติและดูแลช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และผู้ป่วยแรกรับ ทั้งนี้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จึงมีความประสงค์ขอจัดซื้อเพลตัก จำนวน ๒ ชิ้น สำหรับใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีวิกฤตด้านร่างกายให้ปลอดภัยและเพื่อป้องกันความเสี่ยงแก่บุคลากรขณะเคลื่อนย้าย

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ โครงทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์อย่างดี
- ๓.๒ สามารถแยกออกจากกันได้
- ๓.๓ สามารถพับเข้าหากันได้เมื่อยืดความยาวสุด
- ๓.๔ รับน้ำหนักได้ ๑๕๐ กิโลกรัม พร้อมเข็มขัดรัดผู้ป่วยจำนวน ๓ เส้น
- ๓.๕ เป็นผลิตภัณฑ์ ๔-life ภายในประเทศไทย

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๑ เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
- ๔.๒ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยอย่างน้อย ๑ ชุด/เครื่อง
- ๔.๓ มีการรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพ อย่างน้อยทุก ๖ เดือน ภายในระยะเวลาประกัน ทั้งนี้กรณีมีการชำรุดหรือขัดข้อง ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานปกติ ในระหว่างการซ่อม หากทำการแก้ไขถึง ๒ ครั้งแล้ว ยังใช้การไม่ได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเพลตักใหม่ให้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๔.๔ ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกสอนวิธีการใช้งานเครื่องและเทคนิคต่าง ๆ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ให้สามารถใช้งานได้ถูกต้องก่อนรับมอบเครื่องดังกล่าว
- ๔.๕ ผู้ขายมีหนังสือรับรองแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนนำเข้าโดยตรง

๕. ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา


๕ ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา


๖ วงเงินในการจัดหา แผนการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วงเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว


๗ ราคาากลางในการจัดหา


- ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
- ครุภัณฑ์การแพทย์ เพลตัก
- ราคาชุดละ ๒๕,๐๐๐ บาท

๘ เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวสำราญ บุณรรักษา)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายไพโรจน์ สุขเกิด)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวพรรณยุพา เจิ้งไพจิตร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายละเอียด
(นายศรุตพันธุ์ จักรพันธุ์ ณ ออยุธยา)
ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

- ๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องควบคุมสัญญาณชีพพร้อม O2 Zat (Patient monitor) จำนวน ๑ รายการ
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- ๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
 - ๔.๑ รายการเครื่องควบคุมสัญญาณชีพพร้อม O2 Zat(Patient monitor) จำนวน ๑๐ เครื่อง
เครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท ราคารวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
- ๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท โกลบอล เฮลตี้แคร์ จำกัด
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮลตี้แคร์ จำกัด
 - ๕.๓ ร้านเมดอินเตอร์
- ๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑.นางสาวสำราญ บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๒.นายไพโรจน์ สุขเกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๓.นางสาวพรรณยุพา แจ่มไพจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด
จำนวน ๑ รายการ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.๑ รายการเครื่องวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด จำนวน ๑๐ เครื่อง
เครื่องละ ๒,๕๐๐.-บาท ราคารวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท โกลบอล เฮลตี้แคร์ จำกัด

๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮลตี้แคร์ จำกัด

๕.๓ ร้านเมดอินเตอร์

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑.นางสาวสำราญ บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๖.๒.นายไพโรจน์ สุขเกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๖.๓.นางสาวพรรณยุพา เจ็งไพจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการรถเข็นข้างเตียงแบบชนิดมีเสาน้ำเกลือ
จำนวน ๑ รายการ
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
รวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ๔.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
 - ๔.๑ รายการรถเข็นข้างเตียงแบบชนิดมีเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑ คัน
คันละ ๑๒,๐๐๐.-บาท ราคารวมเป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
- ๕.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท โกลบอล เฮลตี้แคร์ จำกัด
 - ๕.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮลตี้แคร์ จำกัด
 - ๕.๓ ร้านเมดอินเตอร์
- ๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑.นางสาวสำราญ บุญรักษา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๒.นายไพโรจน์ สุขเกิด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๓.นางสาวพรรณยุพา เจิ้งไพจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

